


Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	60303799 001	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	3305258	Seite 1 von 1 Page 1 of 1
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	1702395	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2019.10.08	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Sedlbauer Aktiengesellschaft, Wilhelm- Sedlbauer- Str. 2, 94481 Grafenau			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Isolation transformer			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	Transformer MTT1000 & polyMIT350/700/1000/1700			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Testing procedure: IEC60601-1 Medical electrical equipment: General requirements for basic safety and essential performance			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EN 60601-1: 2006/A1:2013 incl. consideraton appendix ZZ.			
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2019.10.09			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	A00024882-001/2/3/4/5			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2019.10.10 – 2020.07.31			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Tillystraße 2 90431 Nürnberg, Germany			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland LGA Products GmbH			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
überprüft von: <i>reviewed by:</i>	<u>X S. Kä</u>	genehmigt von: <i>authorized by:</i>	<u>X Schmidt</u>	
Datum: 2020.08.25 <i>Date:</i>	Signiert von: Sebastian Kaes	Datum: 2020.08.25 <i>Date:</i>	Signiert von: Magnus Schmidt	
Stellung / Position:	Sebastian Kä Sachverständige(r)/Expert	Stellung / Position:	M. Schmidt Sachverständige(r)/Expert	
Sonstiges / Other:	EN60601-1 Test Report (Seiten/pages 175) Attachment #1 Test equipment (Seiten/pages 2) Attachment #2 Photo documentation (Seiten/pages 59) Attachment #3 Checklist Table ZZ (Seiten/pages 19)			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar	4 = ausreichend 5 = mangelhaft N/T = nicht getestet
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory N/A = not applicable	4 = sufficient 5 = poor N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				